

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ



**ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ αρ. *L119***

Το Διοικητικό Συμβούλιο  
του Κυπριακού Οργανισμού Προώθησης Ποιότητας,  
ως ο αρμόδιος Κυπριακός Φορέας Διαπίστευσης,  
δυνάμει του Άρθρου 7 του Νόμου 156(I)/2002

**ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΕΙ ΤΟ**

***ACTBIO LIMITED***

στη Λευκωσία

το οποίο αξιολογήθηκε σύμφωνα με τα Κριτήρια Διαπίστευσης για  
Εργαστήρια Δοκιμών όπως αυτά καθορίζονται από το πρότυπο

***CYS EN ISO 15189:2012***

ως **ικανό να διεξάγει τις Μεθόδους** που καθορίζονται στο Πεδίο Εφαρμογής  
που περιέχεται στο **Παράρτημα** του παρόντος του οποίου αποτελεί  
**αναπόσπαστο μέρος**. Το **Πεδίο Εφαρμογής** μπορεί να τροποποιηθεί μόνο  
μετά από απόφαση του Κυπριακού Φορέα Διαπίστευσης.

Το παρόν Πιστοποιητικό Διαπίστευσης, με αρ. **L119**, εκδίδεται στις **12  
Απριλίου 2023 σε αντικατάσταση του αρχικά εκδοθέντος στις 2 Μαρτίου  
2022 και ισχύει μέχρι την 1<sup>η</sup> Μαρτίου 2026**.

Η διαπίστευση χορηγήθηκε για πρώτη φορά στις **2 Μαρτίου 2022**.

Αντώνης Ιωάννου  
Διευθυντής

Ημερομηνία : **12 Απριλίου 2023**

Το εργαστήριο αυτό είναι διαπιστευμένο σύμφωνα με το αναγνωρισμένο Διεθνές  
Πρότυπο ISO 15189:2012. Η διαπίστευση αυτή αποδεικνύει την τεχνική επάρκεια για  
ένα καθορισμένο πεδίο και τη λειτουργία ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας  
του Εργαστηρίου (βλ. joint ISO -ILAC-IAF Communique Ιανουάριος 2015)



**Παράρτημα  
του Πιστοποιητικού Διαπίστευσης αρ. L119**

**ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ**

**για το**

**ACTBIO LIMITED**

**Ισχύει από τις 2 Μαρτίου 2022 μέχρι την 1<sup>η</sup> Μαρτίου 2026**

Υλικά /Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή	Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες	Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές
<b>Μοριακές Δοκιμές</b>		
	<b>Προσδιορισμός 1 παραμέτρου</b>	
Ρινοφαρυγγικό επίχρισμα	1. Μοριακή Ανίχνευση SARS-CoV-2 N gene & E-gene	Real Time PCR με τη χρήση του Lightcycler 480 II και του Nucleic Acid Isolation System EXM 6000- ZYBIO

**Δικαίωμα υπογραφής των εκθέσεων δοκιμών έχει ο Γεώργιος Μιτής**

**Γενικές Παρατηρήσεις**

Το Παράρτημα αναφέρεται **μόνο σε δοκιμές** που διεξάγονται στις **εγκαταστάσεις του Εργαστηρίου**, στη διεύθυνση: Κυρηναίας & Προμηθέως 24, Αγλατζια, 2113 Λευκωσία

Αντώνης Ιωάννου  
Διευθυντής

Ημερομηνία: **12 Απριλίου 2023**